

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	濮阳县中医医院
拟采购产品名称	血液透析滤过机（双泵）1台、血液透析机一台
拟采购产品金额	480000.00 元
采购项目所属项目名称	濮阳县中医医院 2024 年医疗设备(第三批)采购项目
采购项目所属项目金额	480000.00 元
二、申请理由	
1.中国境内无法获取；	
2.无法以合理得商业条件获取；	
3.其他。	
原因阐述： 一、血液透析滤过机：目前国产产品在设备应满足连续性血液净化设备设计、一键式同步完成消毒脱钙和透析液与置换液流量自动调节、动脉压、静脉压、滤器前压等压力检测功能等方面不能完全满足采购需求。 二、血液透析机：目前国产产品在设备应满足连续性血液净化设备设计、动脉压、静脉压、漏血侦测及空气侦测设计和全自动预冲和回血程序等感控设计、动脉压、静脉压、跨膜压等压力检测功能等方面不能完全满足采购需求。 三、以上产品不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》禁止或限制的进口产品范围。	
三、专家论证意见	
根据采购人提出的采购需求，国产产品技术性能不能完全满足要求，无法满足要求。经专家论证需购买进口产品，满足要求。建议采购进口设备。	
论证专家签字：白兴明	
2024年10月21日	