

进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	多波长综合光电平台
拟采购产品金额	150 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院多波长综合光电平台项目
采购项目所属项目金额	150 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他	
原因阐述： <p>进口多波长综合光电平台能精准捕捉色斑、红血丝、皮肤老化等医美常见问题的微观光学差异，清晰呈现皮肤深层病变信号，既提升肤质诊断精准度，又支持祛斑、嫩肤、瘢痕修复等多元医美治疗，其光控稳定性、治疗参数精准度及低故障特性，完全契合医美服务对效果与安全性的高要求。</p> <p>反观国产产品，多波长调控易偏差导致治疗效果不均，功能难覆盖多元医美项目且适配性差，较高故障率还可能影响客户体验、延误服务，无法满足医美临床需求</p> <p>综上所述，我院申请购置进口多波长综合光电平台。</p>	

技术专家 1

多波段光电综合平台主要用于毛细血管扩张, 敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等浅血管问题的治疗, 对设备的波段要求较高, 目前国产多波段综合光电设备在波长范围不能完全满足采购人的要求, 同时使用寿命短, 技术参数不稳定, 同意采购进口产品。

专家姓名: 吴五
 联系方式: 13783569267
 工作单位: 河南中医药大学
 职称: 副教授
 2025年8月1日

技术专家 2

目前, 国产产品波长精度达不到几纳米, 能量控制精度达不到毫瓦级别, 不能精准治疗痤疮, 人面部却持有精的牌子, 同意采购进口产品。

专家姓名: 李佩
 联系方式: 13503719821
 工作单位: 河南中医药大学
 职称: 主任
 2025年8月1日